

Gutachtenüberblick

Nüscosept PRO

Stand: 01.09.2020

Art	Gutachten	Ergebnis	Status
VAH-Zertifikat	Zertifikat der Desinfektionsmittel-Kommission Bonn, 16.07.2019	Hohe Belastung 1 % - 5 Min 0,5 % - 15 Min	gültig
EN16615 (4-Felder-Test)	HygCen Schwerin, 01.07.2019	Hohe Belastung 1 % - 5 Min 0,5 % - 15 Min 0,25 % - 30 Min	gültig
	W.T.U. Bischofshofen AT, 18.04.2019	Hohe Belastung 1 % - 5 Min 0,5 % - 15 Min	gültig
Hautpilz (T. mentagrophytes) EN16615	HygCen, Schwerin	Hohe Belastung 2,0 % - 1 Min 1,0 % - 5 Min	gültig
	W.T.U. Bischofshofen AT	Hohe Belastung 0,5 % - 15 Min	gültig
Hygienische Händewaschung EN1499	W.T.U. Bischofshofen AT, 03.04.2019	3 mL, 1 %, 1 Min	gültig
Polyomavirus (SV 40) EN14476	Labor Enders, Stuttgart, 13.10.2017	Niedrige Belastung 2 % - 5 Min Hohe Belastung 2 % - 15 Min 3 % - 5 Min	gültig
Vaccinia EN14476	Labor Enders, Stuttgart, 10.10.2017	Hohe Belastung 1 % - 5 Min 0,5 % - 30 Min	gültig
Norovirus (MNV) prEN16777	Labor Enders, Stuttgart, 27.07.2018	Niedrige und hohe Belastung 2 % - 60 Min	gültig
Begrenzt viruzid (incl. HBV, HCV, HIV)		Hohe Belastung 1 % - 5 Min 0,5 % - 30 Min	gültig